

**КОНТРОЛИ RANDOX COAGULATION CONTROL, арт. CG5021**

**Лот 383CG**

Тест	Метод	Ед.изм.	Сред.	низ.	Высок.
Активированное частичное тромбопластиновое время (APTT)	Tcoag TriniCLOT aPTT S	сек.	43.3	34.6	52.0
	Tcoag TriniCLOT aPTT HS	сек.	41.6	33.3	49.9
	Siemens/Dade Actin	сек.	40.2	32.2	48.2
	Siemens/Dade Actin FS	сек.	37.6	30.1	45.1
	Siemens/Dade Actin FSL	сек.	34.9	27.9	41.9
	Siemens/Dade Actin SL	сек.	51.1	40.9	61.3
	Siemens/Dade Pathromtin SL	сек.	50.6	40.5	60.7
	HemosIL APTT-SP Liquid	сек.	36.5	29.2	43.8
	HemosIL Synthasil	сек.	44.3	35.4	53.2
	Pacific Hemostasis APTT-XL	сек.	44.1	35.3	52.9
	Stago aPTT	сек.	45.4	36.3	54.5
	Stago Cephascreen	сек.	42.7	34.2	51.2
	Stago CK-Prest	сек.	45.6	36.5	54.7
	Stago PTT Automate	сек.	45.7	36.6	54.8
	Teco TEClot APTT	сек.	42.5	34.0	51.0
	Human Hemostat APTT	сек.	42.1	33.7	50.5
	Bio-Ksel System APTTs	сек.	42.0	33.6	50.4
	Diagon Dia-PTT	сек.	49.6	39.7	59.5
	Weiner Lab APTT	сек.	38.5	30.8	46.2
	Biolabo Bio-CK APTT	сек.	43.5	34.8	52.2
	Spinreact APTT	сек.	41.6	33.3	49.9
	Technology-Standard aPTT	сек.	43.1	34.5	51.7
	Tcoag TriniCLOT Automated aPTT	сек.	44.1	35.3	52.9
	Media IVD aPTT	сек.	35.8	28.6	43.0
	Biodevice aPTT	сек.	34.1	27.3	40.9
	Biomedica QuikCoag aPTT	сек.	42.6	34.1	51.1
	Hemosil aPTT Lyophilised Silica	сек.	47.9	38.3	57.5
	Siemens/Dade Actin Cephaloplastin	сек.	41.7	33.4	50.0
	Labitec aPTT	сек.	42.8	34.2	51.4
	Dutch Diagnostics aPTT	сек.	42.0	33.6	50.4
	Technoclone Siron aPTT	сек.	40.2	32.2	48.2
	Sclavo APTT-S	сек.	40.1	32.1	48.1
	HemoDiagnostica aPTT	сек.	42.2	33.8	50.6
	Fortress Diagnostics aPTT	сек.	43.3	34.6	52.0
	Tokra Medikal APTT	сек.	48.6	38.9	58.3
Coagpia APTT-N	сек.	36.7	29.4	44.0	
Cobas aPTT MedS	сек.	46.6	37.3	55.9	
Diagon Dia-PTT Liquid	сек.	45.4	36.3	54.5	
PRECIL	сек.	38.6	30.9	46.3	
Erba Actime APTT	сек.	42.6	34.1	51.1	
MTI Diagnostics APTT	сек.	42.7	34.2	51.2	
Rayto aPTT Reagent	сек.	44.0	35.2	52.8	
Активированное частичное тромбопластиновое время	Roche Cobas APTT Screen	сек.	46.7	37.4	56.0
	Roche Cobas APTT	сек.	43.2	34.6	51.8
Активированное частичное тромбопластиновое время (APTT) соотношение	Siemens/Dade Actin FSL	ratio	1.31	1.05	1.57
	Stago Cephascreen	ratio	1.43	1.14	1.72
	Stago PTT Automate	ratio	1.37	1.10	1.64
	Stago aPTT	ratio	1.45	1.16	1.74
	Siemens/Dade Pathromtin SL	ratio	1.58	1.26	1.90
	HemosIL APTT-SP Liquid	ratio	1.24	0.992	1.49
	HemosIL Synthasil	ratio	1.45	1.16	1.74
	Stago CK-Prest	ratio	1.48	1.18	1.78
	Teco TEClot APTT	ratio	1.32	1.06	1.58
	Human Hemostat APTT	ratio	1.40	1.12	1.68
	Bio-Ksel System APTTs	ratio	1.19	0.952	1.43
	Siemens/Dade Actin FS	ratio	1.47	1.18	1.76
	Diagon Dia-PTT	ratio	1.45	1.16	1.74
	Biolabo Bio-CK APTT	ratio	1.42	1.14	1.70
	Spinreact APTT	ratio	1.51	1.21	1.81
	Labitec aPTT	ratio	1.42	1.14	1.70
	Sclavo APTT-S	ratio	1.40	1.12	1.68
	Diagon Dia-PTT Liquid	ratio	1.75	1.40	2.10
Erba Actime APTT	ratio	1.39	1.11	1.67	
MTI Diagnostics APTT	ratio	1.54	1.23	1.85	
Активность антитромбина III	Siemens/Dade Berichrom ATIII	%	78.3	62.6	94.0
	HemosIL Liquid Antithrombin	%	77.2	61.8	92.6
	Roche Chronogenic Thrombin	%	83.3	66.6	100
	Chromogenix Substrate	%	79.4	63.5	95.3
	STACHrom ATIII	%	84.7	67.8	102
	Siemens/Dade Antithrombin III	%	78.5	62.8	94.2
	Siemens Innovance Antithrombin III	%	77.6	62.1	93.1
Sclavo ATIII	%	78.0	62.4	93.6	

	Roche Antithrombin	%	74.8	59.8	89.8	
	HemoDiagnostica Antithrombin III (Fxa)	%	68.6	54.9	82.3	
Активность фактора II	Siemens/Dade-Behring Innovin	%	82.5	66.0	99.0	
	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	%	91.8	73.4	110	
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	%	88.4	70.7	106	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	%	81.6	65.3	97.9	
	HemosIL Factor II deficient plasma	%	84.1	67.3	101	
	Stago STA-NeoPTimal	%	81.6	65.3	97.9	
Активность фактора IX	Siemens/Dade Actin FS	%	72.1	57.7	86.5	
	Siemens/Dade Pathromtin SL	%	82.5	66.0	99.0	
	HemosIL Synthasil	%	74.3	59.4	89.2	
	Stago CK-Prest	%	87.8	70.2	105	
	Siemens/Dade Actin FSL	%	73.3	58.6	88.0	
	HemosIL APTT-SP Liquid	%	81.2	65.0	97.4	
	Stago Deficient / ImmunoDef IX	%	83.5	66.8	100	
HemosIL Factor IX deficient plasma	%	74.4	59.5	89.3		
Активность фактора V	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	%	70.8	56.6	85.0	
	Siemens/Dade-Behring Innovin	%	61.1	48.9	73.3	
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	%	62.4	49.9	74.9	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	%	60.8	48.6	73.0	
	HemosIL Factor V deficient plasma	%	61.3	49.0	73.6	
	Stago STA-NeoPTimal	%	65.0	52.0	78.0	
Активность фактора VII	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	%	111	88.8	133	
	Siemens/Dade-Behring Innovin	%	121	96.8	145	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	%	120	96.0	144	
	HemosIL Factor VII deficient plasma	%	113	90.4	136	
	Stago Deficient Factor VII	%	97.8	78.2	117	
	Stago STA-NeoPTimal	%	101	80.8	121	
Активность фактора VIII	Stago CK-Prest	%	52.9	42.3	63.5	
	Siemens/Dade Actin FS	%	49.5	39.6	59.4	
	Siemens/Dade Pathromtin SL	%	52.1	41.7	62.5	
	Siemens/Dade Actin FSL	%	47.0	37.6	56.4	
	HemosIL Synthasil	%	46.2	37.0	55.4	
	HemosIL APTT-SP Liquid	%	48.7	39.0	58.4	
	Stago Deficient / ImmunoDef VIII	%	49.3	39.4	59.2	
HemosIL Factor VIII deficient plasma	%	46.5	37.2	55.8		
Активность фактора X	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	%	98.6	78.9	118	
	Siemens/Dade-Behring Innovin	%	97.7	78.2	117	
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	%	92.4	73.9	111	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	%	88.2	70.6	106	
	HemosIL Factor X deficient plasma	%	85.3	68.2	102	
	Stago STA-NeoPTimal	%	78.8	63.0	94.6	
Активность фактора XI	Siemens/Dade Actin FS	%	38.0	30.4	45.6	
	Siemens/Dade Pathromtin SL	%	48.9	39.1	58.7	
	HemosIL Synthasil	%	40.6	32.5	48.7	
	Siemens/Dade Actin FSL	%	34.5	27.6	41.4	
	HemosIL APTT-SP Liquid	%	49.6	39.7	59.5	
	Stago CK-Prest	%	47.8	38.2	57.4	
	HemosIL Factor XI Deficient Plasma	%	43.0	34.4	51.6	
	HemosIL Factor XI deficient plasma	%	43.0	34.4	51.6	
Активность фактора XII	Siemens/Dade Actin FS	%	89.0	71.2	107	
	Siemens/Dade Pathromtin SL	%	80.6	64.5	96.7	
	HemosIL Synthasil	%	81.3	65.0	97.6	
	Siemens/Dade Actin FSL	%	75.3	60.2	90.4	
	HemosIL APTT-SP Liquid	%	73.0	58.4	87.6	
	HemosIL Factor XII deficient plasma	%	83.0	66.4	100	
Активность фактора XIII	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	g/L	2.28	1.82	2.74	
		mg/dL	228	182	274	
	Helena Fibrinogen	g/L	2.25	1.80	2.70	
		mg/dL	225	180	270	
	Stago Fibrinogen / Liquid-Fib	g/L	2.31	1.85	2.77	
		mg/dL	231	185	277	
	Siemens/Dade Multifibren U	g/L	1.96	1.57	2.35	
		mg/dL	196	157	235	
	HemosIL Fibrinogen C	g/L	2.14	1.71	2.57	
		mg/dL	214	171	257	
	g/L 2.00 1.60 2.40 Dade Thrombin mg/dL 200 160 240					
	Technoclone Fibrinogen	g/L	2.35	1.88	2.82	
		mg/dL	235	188	282	
	Tcoag TriniCLOT Fibrinogen	g/L	2.20	1.76	2.64	
		mg/dL	220	176	264	
	Biolabo Bio-Fibri	g/L	2.29	1.83	2.75	
		mg/dL	229	183	275	
	Teco Teclot Fibrinogen	g/L	2.12	1.70	2.54	
		mg/dL	212	170	254	
	HemosIL QFA (bovine thrombin)	g/L	2.04	1.63	2.45	
		mg/dL	204	163	245	

Фибриноген	Human Fibrinogen	g/L	2.19	1.75	2.63	
		mg/dL	219	175	263	
	Stago STA Fibrin Prest Automate	g/L	2.23	1.78	2.68	
		mg/dL	223	178	268	
	Bio-Ksel System PT	g/L	1.60	1.28	1.92	
		mg/dL	160	128	192	
	Bio-Ksel Fibrinogen	g/L	2.23	1.78	2.68	
		mg/dL	223	178	268	
	g/L 1.98 1.58 2.38 Diagon Dia-F mg/dL 198 158 238					
	Siemens/Dade Thromboplastin Derived Fibrinogen	g/L	1.91	1.53	2.29	
		mg/dL	205	164	246	
	Technology-Standard Fibrinogen	g/L	2.05	1.64	2.46	
		mg/dL	205	164	246	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	g/L	1.97	1.58	2.36	
		mg/dL	197	158	236	
	Sclavo Fibrinogen	g/L	2.19	1.75	2.63	
		mg/dL	219	175	263	
	Labitec Fibrinogen	g/L	2.44	1.95	2.93	
		mg/dL	244	195	293	
	HemoDiagnostica Fibrinogen	g/L	2.04	1.63	2.45	
		mg/dL	204	163	245	
	Cypress Diagnostics Fibrinogen	g/L	2.05	1.64	2.46	
		mg/dL	205	164	246	
	Helena Clauss Fibrinogen 100	g/L	2.27	1.82	2.72	
		mg/dL	227	182	272	
	Tokra Medikal Fibrinogen	g/L	2.51	2.01	3.01	
		mg/dL	251	201	301	
	Coagpia Fibrinogen	g/L	2.08	1.66	2.50	
		mg/dL	208	166	250	
	HemosIL PT-Fibrinogen	g/L	2.30	1.84	2.76	
		mg/dL	230	184	276	
	Cobas Fibrinogen	g/L	2.22	1.78	2.66	
	mg/dL	222	178	266		
g/L 2.07 1.66 2.48 PRECIL mg/dL 207 166 248						
MTI Diagnostics Fibrinogen	g/L	1.97	1.58	2.36		
	mg/dL	197	158	236		
Yumizen G Fibrinogen	g/L	2.05	1.64	2.46		
	mg/dL	205	164	246		
Roche Cobas t511/t711 Fibrinogen	g/L	2.31	1.85	2.77		
	mg/dL	231	185	277		
Roche Cobas t411 Fibrinogen	g/L	2.16	1.73	2.59		
	mg/dL	216	173	259		
Плазминогенная активность	HemosIL Plasminogen	%	79.1	63.3	94.9	
	Siemens/Dade Berichrom Plasminogen	%	89.1	71.3	107	
Активность белка C	Siemens/Dade Berichrom Protein C	%	87.7	70.2	105	
	Stago StaClot	%	86.0	68.8	103	
	Biomerieux VIDAS Protein C	%	84.0	67.2	101	
	IL HemosIL Protein C	%	83.7	67.0	100	
	Siemens	%	88.1	70.5	106	
	STACHrom Protein C	%	88.0	70.4	106	
Активность белка S	STA Liatest	%	75.4	52.8	98.0	
	Stago StaClot	%	70.4	49.3	91.5	
	IL HemosIL ProS	%	88.0	61.6	114	
	IL HemosIL Free Protein S	%	86.3	60.4	112	
	Dade Protein S Ac	%	64.8	45.4	84.2	
	Siemens Innovance Free PS Ag	%	79.0	55.3	103	
	IL HemosIL Protein S Activity	%	68.6	48.0	89.2	
	Siemens/Dade-Behring Innovin	Seconds	12.4	9.92	14.9	
	Siemens/Dade Thromborel IS	Seconds	12.4	9.92	14.9	
	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	Seconds	12.2	9.76	14.6	
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	Seconds	15.5	12.4	18.6	
	Pacific Thromboplastin DS	Seconds	15.1	12.1	18.1	
	Stago Neoplastine CI	Seconds	15.9	12.7	19.1	
	Stago Neoplastine CI Plus	Seconds	15.2	12.2	18.2	
	Teco TEClot PT-S	Seconds	13.7	11.0	16.4	
	Biolabo Bio-TP	Seconds	14.1	11.3	16.9	
	Stago Neoplastin R	Seconds	13.7	11.0	16.4	
	Bio-Ksel System PT	Seconds	11.5	9.20	13.8	
	Human Thromboplastin	Seconds	13.6	10.9	16.3	
	Diagon PT	Seconds	13.2	10.6	15.8	
	Weiner Lab Soluplastin	Seconds	16.6	13.3	19.9	
	Spinreact PT	Seconds	14.0	11.2	16.8	
	Technology-Standard PT	Seconds	13.6	10.9	16.3	
	TCoag TriniCLOT PT Excel S	Seconds	16.3	13.0	19.6	
	Media IVD PT	Seconds	14.3	11.4	17.2	
	Biomedica QuikCoag PT-HS	Seconds	13.8	11.0	16.6	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	Seconds	11.8	9.44	14.2	

Протромбиновое время (PT)	Helena Thromboplastin LI	Seconds	14.4	11.5	17.3	
	Helena Thromboplastin	Seconds	13.9	11.1	16.7	
	Labitec PT	Seconds	13.8	11.0	16.6	
	Dutch Diagnostics PT	Seconds	16.2	13.0	19.4	
	Sclavo PT	Seconds	13.6	10.9	16.3	
	Haemo Diagnostics Thromboplastin	Seconds	13.5	10.8	16.2	
	Cypress Diagnostics PT	Seconds	13.4	10.7	16.1	
	Fortress Diagnostics PT with Calcium	Seconds	14.5	11.6	17.4	
	Tokra Medikal PT	Seconds	13.6	10.9	16.3	
	Coaggia PT-N	Seconds	13.0	10.4	15.6	
	Biolabo Bio-TP (Low ISI)	Seconds	17.3	13.8	20.8	
	Bio-Ksel PT Plus	Seconds	11.4	9.12	13.7	
	Beijing Succeder PT	Seconds	14.1	11.3	16.9	
	Diagon PT R	Seconds	10.8	8.64	13.0	
	Cobas PT Screen	Seconds	12.7	10.2	15.2	
	PRECIL	Seconds	13.2	10.6	15.8	
	Stago STA-NeoPTimal	Seconds	16.3	13.0	19.6	
	MTI Diagnostics Prothrombin Time	Seconds	15.1	12.1	18.1	
	Yumizen G PT	Seconds	15.3	12.2	18.4	
	Erba Prottime PT	Seconds	14.0	11.2	16.8	
	Rayto Prothrombin Time Reagent	Seconds	13.4	10.7	16.1	
	HemosIL ReadiPlasTin	Seconds	11.9	9.52	14.3	
	Roche Cobas PT Rec	Seconds	11.9	9.52	14.3	
	Активность протромбинового времени (PT)	Siemens/Dade-Behring Innovin	%	68.9	55.1	82.7
		Siemens/Dade-Behring Thromborel S	%	89.1	71.3	107
Stago Neoplastine CI		%	79.3	63.4	95.2	
Stago Neoplastine CI Plus		%	79.7	63.8	95.6	
HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus		%	88.6	70.9	106	
Teco TEClot PT-S		%	93.1	74.5	112	
Biolabo Bio-TP		%	78.0	62.4	93.6	
Stago SPA		%	110	88.0	132	
Stago Neoplastin R		%	94.9	75.9	114	
Human Thromboplastin		%	87.5	70.0	105	
Diagon PT		%	98.3	78.6	118	
Weiner Lab Soluplastin		%	61.1	48.9	73.3	
TCoag TriniCLOT PT Excel S		%	61.9	49.5	74.3	
Media IVD PT		%	82.8	66.2	99.0	
HemosIL RecombiPlasTin 2G		%	93.7	75.0	112	
Helena Thromboplastin		%	88.2	70.6	106	
Labitec PT		%	86.2	69.0	103	
Sclavo PT		%	91.5	73.2	110	
Tokra Medikal PT		%	101	80.8	121	
Bio-Ksel PT Plus		%	96.7	77.4	116	
Beijing Succeder PT		%	92.3	73.8	111	
Diagon PT R		%	86.5	69.2	104	
Cobas PT Screen		%	77.3	61.8	92.8	
PRECIL		%	84.7	67.8	102	
Stago STA-NeoPTimal		%	72.6	58.1	87.1	
Erba Prottime PT		%	84.5	67.6	101	
Yumizen G PT		%	76.4	61.1	91.7	
MTI Diagnostics Prothrombin Time		%	64.6	51.7	77.5	
HemosIL ReadiPlasTin		%	96.7	77.4	116	
Roche Cobas PT Rec		%	62.2	49.8	74.6	
Протромбиновое время (PT) INR		Siemens/Dade-Behring Innovin	INR	1.21	0.968	1.45
		Siemens/Dade Thromborel IS	INR	1.11	0.888	1.33
	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	INR	1.06	0.848	1.27	
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	INR	1.08	0.864	1.30	
	Pacific Thromboplastin DS	INR	1.23	0.984	1.48	
	Stago Neoplastine CI	INR	1.24	0.992	1.49	
	Stago Neoplastine CI Plus	INR	1.18	0.944	1.42	
	Human Thromboplastin	INR	1.11	0.888	1.33	
	Teco TEClot PT-S	INR	1.04	0.832	1.25	
	Biolabo Bio-TP	INR	1.15	0.920	1.38	
	Stago SPA	INR	0.972	0.778	1.17	
	Stago Neoplastin R	INR	1.02	0.816	1.22	
	Bio-Ksel System PT	INR	1.03	0.824	1.24	
	Diagon PT	INR	1.06	0.848	1.27	
	Weiner Lab Soluplastin	INR	1.46	1.17	1.75	
	Spinreact PT	INR	1.21	0.968	1.45	
	Technology-Standard PT	INR	1.09	0.872	1.31	
	TCoag TriniCLOT PT Excel S	INR	1.34	1.07	1.61	
	Media IVD PT	INR	1.14	0.912	1.37	
	Biomedica QuikCoag PT-HS	INR	1.12	0.896	1.34	
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	INR	1.04	0.832	1.25	
	Helena Thromboplastin LI	INR	1.19	0.952	1.43	

	Technoclone Technoplastin HIS	INR	1.09	0.872	1.31
	Helena Thromboplastin	INR	1.12	0.896	1.34
	Labitec PT	INR	1.14	0.912	1.37
	Sclavo PT	INR	1.06	0.848	1.27
	Haemo Diagnostics Thromboplastin	INR	1.08	0.864	1.30
	Fortress Diagnostics PT with Calcium	INR	1.14	0.912	1.37
	Tokra Medikal PT	INR	0.988	0.790	1.19
	Coagpia PT-N	INR	1.14	0.912	1.37
	Bio-Ksel PT Plus	INR	1.03	0.824	1.24
	Beijing Succeder PT	INR	1.08	0.864	1.30
	Diagon PT R	INR	1.04	0.832	1.25
	Cobas PT Screen	INR	1.19	0.952	1.43
	PRECIL	INR	1.04	0.832	1.25
	Stago STA-NeoPTimal	INR	1.23	0.984	1.48
	Erba Protime PT	INR	1.08	0.864	1.30
	MTI Diagnostics Prothrombin Time	INR	1.32	1.06	1.58
	Yumizen G PT Reco	INR	1.10	0.880	1.32
	Rayto Prothrombin Time Reagent	INR	1.07	0.856	1.28
	HemosIL ReadiPlasTin	INR	1.03	0.824	1.24
	Roche Cobas PT Rec	INR	1.28	1.02	1.54
Протромбиновое время (PT) ratio	Siemens/Dade-Behring Innovin	ratio	1.21	0.968	1.45
	Siemens/Dade-Behring Thromborel S	ratio	1.07	0.856	1.28
	Stago Neoplastine CI Plus	ratio	1.17	0.936	1.40
	Human Thromboplastin	ratio	1.13	0.904	1.36
	Diagon PT	ratio	1.03	0.824	1.24
	HemosIL PT-Fibrinogen HS Plus	ratio	1.02	0.816	1.22
	HemosIL RecombiPlasTin 2G	ratio	1.03	0.824	1.24
	Sclavo PT	ratio	1.07	0.856	1.28
	Stago STA-NeoPTimal	ratio	1.23	0.984	1.48
Тромбиновое время (TT)	Dade Thrombin	Seconds	25.7	20.6	30.8
	Siemens/Dade Thromboclotin	Seconds	24.8	19.8	29.8
	Stago Thrombin	Seconds	25.5	20.4	30.6
	Sysmex Thrombin Time	Seconds	25.0	20.0	30.0
	Diagon, Dia-TT	Seconds	28.1	22.5	33.7
	Helena Thrombin Clotting Time rgt	Seconds	24.0	19.2	28.8
	HemosIL Thrombin Time 5ml	Seconds	22.9	18.3	27.5
	HemosIL Thrombin Time 8ml	Seconds	27.4	21.9	32.9
	Siemens BC Thrombin	Seconds	27.1	21.7	32.5
	PRECIL	Seconds	19.3	15.4	23.2