

КОНТРОЛЬ RANDOX СК-МВ CONTROL
арт. СК 1212

ЛОТ	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4318СК	КФК-МВ фракция	СК-МВ Serum Start 37 град.	У/л	136	160	184	24	12
		СК-МВ Substrat Start 37 град.	У/л	133	157	181	24	12
	КФК общая	СК-НАС	У/л	214	250	286	36	18