

КОНТРОЛЬ RANDOX CK-MB CONTROL
арт. СК 1212

ЛОТ	ТЕСТ	МЕТОД	Ед. изм.	-2SD	Сред	+2SD	2SD	1SD
4457СК	КФК-МВ фракция	СК-МВ Serum Start 37 град.	У/л	127	149	171	22	11
		СК-МВ Substrat Start 37 град.	У/л	127	150	173	23	11,5
	КФК общая	СК-НАС	У/л	210	246	282	36	18