

Калибратор специфических белков, арт. IT2691		Кал 1	Кал 2	Кал 3	Кал 4	Кал 5
		Лот	Лот	Лот	Лот	Лот
		2056	2057	2058	2059	2060
ТЕСТ	Ед. изм.					
АСЛО	IU/ml					597
Комплемент С3	g/l	0,32	0,65	1,3	2,6	5,2
Комплемент С4	g/l	0,1	0,2	0,39	0,78	1,56
С-Реактивный белок	mg/l	13,1	26,2	52,4	104,8	209,6
Ферритин	ng/ml	26,8	53,1	111,1	202,8	459,7
Гаптоглобин	g/l	0,23	0,47	0,93	1,87	3,74
Преальбумин	g/l	0,05	0,1	0,2	0,39	0,79
Ревматоидный фактор	IU/ml	9,2	22,3	54,1	85,3	99,7
Трансферрин	g/l	0,32	0,65	1,3	2,59	5,19