

Калибратор специфических белков, арт. IT2692		Кал 1	Кал 2	Кал 3	Кал 4	Кал 5
		Лот 2050	Лот 2051	Лот 2052	Лот 2053	Лот 2054
ТЕСТ	Ед. изм.					
Ig A (без учета разб)	g/l	0,51	1,086	2,281	4,158	9,167
Ig A (с учетом разб 1:20)	g/l	0,0243	0,0517	0,1086	0,198	0,4365
Ig G (без учета разб)	g/l	3,05	6,84	13,57	26,76	51,85
Ig G (с учетом разб 1:20)	g/l	0,15	0,33	0,65	1,27	2,47
Ig M (без учета разб)	g/l	0,349	0,779	1,378	5,568	4,922
Ig M (с учетом разб 1:20)	g/l	0,017	0,037	0,066	0,122	0,234