

Калибратор микроальбумина
Арт. МА1567

ТЕСТ	Ед. изм.	2106	1074	1075	1076	1077	1078
Микроальбумин в моче	mg/l	0	7,4	17,1	45,9	93,6	199